

湘南地域調達情報

令和5年10月24日公表 調達番号:湘23203号

件名:サーマルサイクラーの購入(環境科学センター)

見積書提出期限:令和5年11月2日(正午) 見積書提出場所 : 調達課 調達グループ

項番	品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	サーマルサイクラー	サーモフィッシャー	Applied Biosystems SimpliAmp 型番:SimpliAmp-S2	可	1	台	令和6年1月30日	環境科学センター 2階 第2化学分析室等 (平塚市四之宮1-3-39) エレベーターあり

特記事項

別紙「物品等仕様書」のとおり

同等品の確認の連絡先

所属	環境科学センター
担当者	管理課 芦田
電話	0463-24-3311
FAX	0463-24-3300

別紙

物 品 等 仕 様 書			
納入物品	サーマルサイクラー		
数量	1 台		
納入場所	神奈川県環境科学センター 2 F 第 2 化学分析室等		
納期	令和 6 年 1 月 30 日		
仕様	項 目	内 容	理 由
	基本性能	ポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) により DNA 断片を複製し、DNA を大量に増幅させることを目的として、あらかじめ設定されていたプログラムの通りに反応液の温度を上下させること	サーマルサイクラーの基本性能
	ウェル数	96well、0.2mL	分析数確保のため
	VeriFlex ブロック ゾーン数	3 ゾーン	分析条件検討を効率よく実施するため
	VeriFlex ブロック 温度設定幅	最大 20℃ (隣接ゾーン間で 10℃)、推奨 10℃ (隣接ゾーン間で 5℃)	分析条件検討を効率よく実施するため
	保証期間	2 年間	故障時の対応を迅速に行うため
参 考 銘 柄	サーモフィッシャー ・ Applied Biosystems SimpliAmp サーマルサイクラー なお上記の機種以外での応札を希望する場合、事業担当者に確認を取ること		