

湘南地域調達情報

令和6年1月16日公表 調達番号:湘23279号

件名:吹付け濃縮装置の購入(環境科学センター)

見積書提出期限:令和6年1月25日(正午) 見積書提出場所:調達課 調達グループ

項番	品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	吹付け濃縮装置	バイオクロマト	コンビニ・エバポ K4	可	1	台	令和6年2月29日	環境科学センター 4階第五化学分析室 (平塚市四之宮1-3-39) エレベーターあり

特記事項

別紙「物品等仕様書」のとおり

同等品の確認の連絡先

所属	環境科学センター
担当者	管理課 芦田
電話	0463-24-3311
FAX	0463-24-3300

物 品 等 仕 様 書

納入物品		吹付け濃縮装置	
数量		1 式	
納入場所		神奈川県環境科学センター 4F 第五化学分析室	
納期		令和6年2月29日	
仕様	項 目	内 容	理 由
	濃縮方法	吸引式ボルテックス濃縮	窒素ガス消費軽減
	対応容器	口内径 11 mm~17 mm, 高さ 120 mm までの遠沈管を使用できること	既存遠沈管の利用
	同時濃縮検体数	4 以上であること	濃縮効率化
	可能制御温度	室温から 100 °C までであること	濃縮効率化
	ポンプ排気流量	最大値が 200 L/min 以上であること	濃縮効率化
	本体サイズ	W500 mm × D200mm × H 500mm 以下であること	省スペース化
参 考 銘 柄	(株)バイオクロマト製 コンビニ・エバポ K4 なお上記の機種以外での応札を希望する場合、事業担当者に確認を取ること		