

湘南地域調達情報

令和6年11月5日公表 調達番号:湘24176号

件名:蒸留水製造装置等の購入(環境科学センター)

見積書提出期限:令和6年11月14日(正午) 見積書提出場所:調達課 調達グループ

項番	品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	蒸留水製造装置	ヤマト科学	WG511	否	1	台	令和7年2月28日	環境科学センター 3階 第3化学分析室 (平塚市四之宮1-3-39) エレベーターあり
2	電源プラグ	アメリカン電機	R532	可	1	個		

特記事項

項番1については、別紙「物品等仕様書」のとおり。

同等品の確認の連絡先

所属	環境科学センター
担当者	管理課 菫澤
電話	0463-24-3311
FAX	0463-24-3300

別紙

物 品 等 仕 様 書			
納入物品	ヤマト科学株式会社 純水製造装置オートスチル WG511		
数量	1 台		
納入場所	環境科学センター（平塚市四之宮 1-3-39） 3 階 第 3 化学分析室		
納期	令和 7 年 2 月 28 日		
項目	内容		
仕様	蒸留水 製造装置	性能	JIS K 0557 に定める A4 の蒸留水を供給できること
			採水流し台を標準装備していること
			蒸留水製造量が 5 L/h 以上であること
			蒸留水の採取流量が 1 L/min 以上であること
			蒸留水タンク容量が 60 L 以上であること
		幅 1,000×奥行き 900 以内	
プラグ 形状	プラグの仕様 電圧：200V 容量：40A コンセント形状：3P 50A 250V <参考銘柄> アメリカン電機株式会社 R532		
据付等	指定の場所に搬入・据付、項番 1「蒸留水製造装置」と項番 2「電気プラグ」の接続をし、正しく動作することを確認すること 上記費用については購入費用に含めるものとする		