

湘南地域調達情報

令和7年1月28日公表 調達番号:湘24254号

件名:固相抽出送液装置の購入(環境科学センター)

見積書提出期限:令和7年2月6日(正午) 見積書提出場所:調達課 調達グループ

項番	品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	固相抽出送液装置 コントローラー	ジーエルサイエンス	AL898C-12	可	1	台	令和7年3月21日	環境科学センター 4階第五化学分析室 (平塚市四之宮1-3-39) エレベーターあり
2	固相抽出送液装置 送液ユニット	ジーエルサイエンス	AL898P	可	1	台		

特記事項

別紙「物品等仕様書」のとおり

同等品の確認の連絡先

所属	環境科学センター
担当者	管理課 菰澤
電話	0463-24-3311
FAX	0463-24-3300

別紙

物品等仕様書		
納入物品	固相抽出送液装置	
数量	コントローラー1台、送液ユニット1台	
納入場所	第五化学分析室（4階）	
納期	令和7年3月21日	
仕様	項目	内容
	性能	水試料の固相抽出を行えること
		設定流量範囲が1～50 ml/min程度であること
		送液時間設定範囲が1～999分以上であること
		コントローラー1台で接続できる送液ユニットの数が7以上であること
	各送液ユニットに別メソッドを送信し、同時スタートおよび個別スタートが可能であること	
	電源	単相100 Vであること
設置場所	幅3,000×奥行600×高さ900 mm以内	
保守等	修理が必要となった際は、その対応について環境科学センター担当者と速やかに連絡調整が行える体制があること	
該当銘柄	ジーエルサイエンス：AL898C-12およびAL898P 上記以外の機種については、事前に環境科学センター担当者へ相談すること。	