

湘南地域調達情報

令和5年5月9日公表 調達番号 湘23034号

件名:分液ロート振とう機の購入(環境科学センター)

見積書提出期限:令和5年5月18日(正午) 見積書提出場所 : 調達課 調達グループ

項番	品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	分液ロート振とう機	東京理化器械	MMV-1000W	可	1	台	令和5年9月1日	環境科学センター 4階 第五化学分析室 (平塚市四之宮1-3-39) エレベーターあり

特記事項

別紙「物品購入等仕様書」のとおり(同等品確認票の提出が必要です。)

同等品の確認の連絡先

所属	環境科学センター
担当者	管理課 芦田
電話	0463-24-3311
FAX	0463-24-3300

別紙

物 品 購 入 等 仕 様 書	
納入物品	分液ロート振とう機
数量	1 台
納入場所	第五化学分析室（4階）
納期	令和5年9月1日
使用目的	分液ロートの振とう
必要な機能	既設のコンセント（100 V）で使用できること 1 L の分液ロート（スキープ型）を6本以上セットできること 傾斜振とうを行えること タイマー機能を持つこと 振とう速度を任意に設定可能であること リアルタイムの振とう速度を表示可能であること
仕様	振とう方式：両面垂直・傾斜振とう（傾斜角・90～70° 可変） 振とう速度：垂直振とう・20～300 rpm 傾斜振とう・20～250 rpm 振とう速度設定・表示：ボリューム設定・デジタル表示 デジタルタイマ：999.9分まで可能 外寸法：600×434×480 mm
該当銘柄	東京理化器械 MMV-1000W