

横須賀三浦地域調達情報

令和5年5月23日公表 調達番号 須23018号

件名:サーマルサイクラーの購入(水産技術センター)

見積書提出期限:令和5年6月1日(正午) 見積書提出場所 : 調達課 調達グループ

品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
サーマルサイクラー	ビーエム機器	ミニサーマルサイクラー EL 詳細は別紙仕様書のとおり	可	1	台	令和5年6月30日	水産技術センター 2階 生物工学室 エレベーターあり (三浦市三崎町城ヶ島養老子)

特記事項

--

同等品の確認の連絡先	所属	水産技術センター	担当者	龍崎	電話 FAX	046-882-2311 046-882-3790
------------	----	----------	-----	----	-----------	------------------------------

## サーマルサイクラーの仕様

### 1 仕様

サンプル容量	0.2mL PCR チューブ×32 本
加熱速度	5°C/sec
ブロック材質	アルミニウム
温度設定範囲	30~100°C
必要電源	100V・15A(家庭用コンセント)

### 2 設置場所

神奈川県水産技術センター  
本館 2 階 生物工学室